



АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»

Код продукции 42 1114



**ТЕРМОМЕТРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ
КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ
ТКП-60С, ТКП-100С**

Паспорт
СНИЦ.405 153.003 ПС

г. Сафоново

1 Основные технические данные и характеристики

- 1.1 Пределы измерения, °С, от _____ до _____
1.2 Класс точности: 1/3 температурной шкалы _____
2/3 температурной шкалы _____
1.3 Длина соединительного капилляра, м, _____
1.4 Температура окружающего воздуха, °С, от -50 до + 60
1.5 Полный средний срок службы, не менее 10 лет
1.6 Давление измеряемой среды, МПа, до _____
1.7 Сведения о содержании цветных металлов:

Марка металла	Наименование деталей, содержащих цветные металлы	Обозначение деталей	Масса цветных металлов, кг	Примечание
Латунь	Корпус	СНИЦ.731 114.008	0,05	ТКП-60С
	Корпус	СНИЦ.731 114.011	0,2	ТКП-100С
	Механизм	АЛА 6.060.016	0,04	ТКП-60С
	Механизм	СНИЦ.304 556.015	0,1	ТКП-100С
	Пружина	СНИЦ.304 556.012	0,14	ТКП-100С
	Хвостовик	2В8.236.176	0,0183 на 0,1м	ТКП-100С
	Дно	ЮД8.613.001	0,0025	ТКП-100С
	Капилляр	2В8.626.459	0,026 на 1м	ТКП-100С
	Муфта соединительная	ЮД8.658.001	0,011	ТКП-100С
	Термобаллон	2В8.034.172	0,07	ТКП-100С
	Пружина	МТ1-4	0,004	ТКП-60С
Держатель	МТ1-2-02	0,020	ТКП-60С	
Серьга	СНИЦ.745.381.008	0,001	ТКП-60С	

2 Комплектность

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол-во	Примечание
СНИЦ.405 153.003	Термометр ТКП-60С или ТКП-100С	1 шт.	По спецификации заказа
СНИЦ.405 153.003 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
СНИЦ.405 153.003 ПС	Паспорт	1 экз.	

