



АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»

Код продукции 42 1114



**ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ
ТКП-160Сг-МЗ-1**

Паспорт
СНИЦ.405 153.014 ПС

г. Сафоново

1 Основные технические данные и характеристики

- 1.1 Диапазон измерений, °С, от _____ до _____
 1.2 Класс точности _____
 Примечание - Предел допускаемой основной погрешности показаний устанавливается для последних двух третей шкалы, при этом на первой трети шкалы предел допускаемой основной погрешности не должен быть более:
 ± 2,5 % от диапазона измерений – для термометров класса точности 1,5;
 ± 4 % от диапазона измерений – для термометров класса точности 2,5.
 1.3 Длина соединительного капилляра дистанционного термометра, м _____
 Исполнение материала защитной оболочки капилляра медь (А); полиэтилен (Б)
 1.4 Длина погружения термобаллона, мм _____ Ø термобаллона, мм _____
 Материал термобаллона: сталь 12Х18Н10Т; латунь ЛС59-1
 1.5 Температура окружающего воздуха, °С от минус 50 до 60.
 1.6 Относительная влажность, % до 95 при 35 °С
 1.7 Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, % от диапазона измерений _____
 ПРИМЕЧАНИЕ- Предел допускаемой основной погрешности сигнализирующего устройства устанавливается для последних двух третей температурной шкалы.
 1.8 Предел допускаемой дополнительной погрешности показаний, от изменения температуры окружающего воздуха не более: ± 0,4 % от диапазона измерения на каждые 10 °С изменения температуры плюс ± 0,01 % от диапазона измерения на каждые 10 °С изменения температуры и на каждый метр дистанционного капилляра
 1.9 Предел допускаемой дополнительной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства от изменения температуры окружающего воздуха, °С ± 0,04Δt, Δt-абсолютное значение разности между температурой окружающего воздуха и 20 °С
 1.10 Напряжение внешних коммутирующих цепей переменного тока, В 220^{+22}_{-33}
 Частота, Гц 50 ± 1
 1.11 Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, В·А 50
 1.12 Полный средний срок службы, лет 10
 1.13 Давление измеряемой среды, МПа до _____
 1.14 Масса изделия, кг _____
 Сведения о содержании драгоценных металлов в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Сборочные единицы		Масса в шт. г.	Масса в изд. г.	Ном. акта	Примечание
	Обозначение	К-во шт.				
Серебро						
Микропереключатель	ЮД6.057.008	1	2	0,1026	0,2052	

1.15 Сведения о содержании цветных металлов таблица 2.

Таблица 2

Марка металла	Наименование деталей, содержащих цветной металл	Обозначение деталей	Масса цветных металлов
Латунь Л63	Вставка	2В7.690.906	0,1
	Вставка	2В7.690.906-01	0,08
	Втулка	2В8.223.914*	0,0067
	Хвостовик	2В8.236.176*	0,0183 кг - 0,1 м
	Дно	ЮД8.618.001*	0,0025
	Серьга	ЮД8.600.006	0,0011
Латунь Л96	Тяга	2В8.352.485	0,002
	Капилляр	2В8.629.459	0,026 кг - 1 м
	Трубка капиллярная	2В8.626.449	0,060кг -1м
	ТКО		
Латунь свинцовая ЛС 59-1	Муфта соединительная	ЮД8.658.001	0,011
	Термобаллон		
	Втулка	2В8.084.172*	0,09699
	Втулка	2В8.220.184	0,003
Алюминевый сплав АМГ-2М	Втулка	2В8.227.192	0,009
	Корпус	2В8.257.064	0,0023
	Крышка	СНИЦ.731 114.039	0,16
		СНИЦ.731 114.040	0,11
Сплавы медно-цинковые ЛАНКМц	Пружина	ЮД.626.035	0,153
		ЮД.626.035-01	0,122
	Кулачок	2В8.860.043	0,0023
Бронза оловянная Бр. ОФ 6,5-0,15	Держатель	ЮД8.126.021	0,053
Примечание - *применяется только для исполнений термометров с латунным термобаллоном			

2 Комплектность

2.1 Комплектность термометра манометрического конденсационного показывающего сигнализирующего ТКП-160 Сг-М3-1 приведена в таблице 3.

Таблица 3

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.	Примечания
СНИЦ.405 153.014РЭ	Термометр ТКП160Сг-М3-1	1 шт.	По спецификации заказа
	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
СНИЦ.405 153.014ПС МП СМ-005-2014 ТУ2573-001-86678852-2008 БРО.364.028ТУ	Паспорт Методика поверки	1 экз. 1экз.	При поставке термометров в один адрес допускается прилагать одно руководство по эксплуатации на каждые 2 термометра
	Набивка «Графитпак»101 4x4 мм, длиной 160 мм	1 шт.	
	Розетка ШР20П5НШ10Н	1шт	
			Допускаются аналоги

3 Свидетельство о приёмки и упаковывания

3.1 Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-1 заводской номер _____ соответствует техническим условиям СНИЦ.405 153.014 ТУ признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____
ЧИСЛО МЕСЯЦ ГОД

Лицо, ответственное за приёмку

контролёр ОТК _____ М. П.
должность личная подпись расшифровка подписи

Поверка:

поверитель _____ М. П.
личная подпись расшифровка подписи

Меж поверочный интервал 1 год

3.2 Упаковывание согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации, произвёл

упаковщик _____
должность личная подпись расшифровка подписи

Дата упаковывания _____
ЧИСЛО МЕСЯЦ ГОД

Изделие после упаковки принял:

контролёр ОТК _____ М. П.
должность личная подпись расшифровка подписи

4 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие термометра требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

4.1. Полный средний срок службы термометров не менее 10 лет.

4.2 Гарантийный срок хранения -6 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня отгрузки.

5 Сведения о сертификации

5.1 Сертификат об утверждении типа средств измерений № 60311-15

5.2 Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.27340/24.

5.3 Допущены к применению в Республике Беларусь

Сертификат об утверждении типа средств измерений № 13783.

5.4 Допущены к применению в Республике Казахстан

Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 799. Зарегистрированные в Государственной системе обеспечения единства измерений Республики Казахстан за № КЗ.02.03.06919-2021/60311-15.

215503, Смоленская обл. г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18

приёмная 2-84-15, отдел маркетинга 2-84-11

E-mail: info@tcontrol.ru <http://www.tcontrol.ru>